

ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:	Agregat Próżni Centralnej. Model AV.
TYP:	AV40

	TEPRO S.A. 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 5 POLSKA www.tepro.pl		
Nazwa:	Agregat Próżni Centralnej. Model AV.		
Typ:	AV40		
Numer seryjny:	100		
Data produkcji:	2024-02-01		
Masa:	375 kg		
Moc:	1,5 kW		
Stopień ochrony:	IP54		IPN₁N₂
Zasilanie:	3N~ 3x400V 50 Hz		
Kod produkcyjny:	3495-00.00.00.40w00		
			
	(01)05904310232005(11)240201(21)100		
			
0197			

ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:	Agregat Próźni Centralnej. Model AV.
TYP:	AV63

	TEPRO S.A. 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 5 POLSKA www.tepro.pl	
Nazwa:	Agregat Próźni Centralnej. Model AV.	
Typ:	AV63	
Numer seryjny:	100	
Data produkcji:	2024-02-01	
Masa:	405 kg	
Moc:	1,5 kW	
Stopień ochrony:	IP54	IPN₁N₂
Zasilanie:	3N~ 3x400V 50 Hz	
Kod produkcyjny:	3495-00.00.00.63w00	
		
	(01)05904310232012(11)240201(21)100	
 0197		
		

ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:	Agregat Próźni Centralnej. Model AV.
TYP:	AV100

	TEPRO S.A. 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 5 POLSKA www.tepro.pl		
Nazwa:	Agregat Próźni Centralnej. Model AV.		
Typ:	AV100		
Numer seryjny:	100		
Data produkcji:	2024-02-01		
Masa:	550 kg		
Moc:	3 kW		
Stopień ochrony:	IP54		IPN₁N₂
Zasilanie:	3N~ 3x400V 50 Hz		
Kod produkcyjny:	3495-00.00.00.100w00		
			
	(01)05904310232036(11)240201(21)100		
			
0197			

ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:	Agregat Próżni Centralnej. Model AV.
TYP:	AV160

	TEPRO S.A. 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 5 POLSKA www.tepro.pl	
Nazwa:	Agregat Próżni Centralnej. Model AV.	
Typ:	AV160	
Numer seryjny:	100	
Data produkcji:	2024-02-01	
Masa:	710 kg	
Moc:	6 kW	
Stopień ochrony:	IP54	IPN₁N₂
Zasilanie:	3N~ 3x400V 50 Hz	
Kod produkcyjny:	3495-00.00.00.160w00	
		
	(01)05904310232043(11)240201(21)100	
 0197		
		

ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:	Agregat Próźni Centralnej. Model AV.
TYP:	AV40/25

	TEPRO S.A. 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 5 POLSKA www.tepro.pl	
Nazwa:	Agregat Próźni Centralnej. Model AV.	
Typ:	AV40/25	
Numer seryjny:	100	
Data produkcji:	2024-02-01	
Masa:	220 kg	
Moc:	1,5 kW	
Stopień ochrony:	IP54	IPN₁N₂
Zasilanie:	3N~ 3x400V 50 Hz	
Kod produkcyjny:	3580-00.00.00.00w00	
		
	(01)05904310232050(11)240201(21)100	
 0197		
		

ETYKIETA WYROBU MEDYCZNEGO

NAZWA WYROBU MEDYCZNEGO:	Agregat Próżni Centralnej. Model AV.
TYP:	AV40/25/3

	TEPRO S.A. 75-216 Koszalin, ul. Przemysłowa 5 POLSKA www.tepro.pl	
Nazwa:	Agregat Próżni Centralnej. Model AV.	
Typ:	AV40/25/3	
Numer seryjny:	100	
Data produkcji:	2024-02-01	
Masa:	240 kg	
Moc:	2,25 kW	
Stopień ochrony:	IP54	IPN₁N₂
Zasilanie:	3N~ 3x400V 50 Hz	
Kod produkcyjny:	3580-00.00.00.50w00	
		
	(01)05904310232067(11)240201(21)100	
 0197		
		